

Sales Free (CM/SA)

Symptom :

5 8 0 0

Initial Symptom  
Visual Check

19104 P5 点灯

MFG NO → JPOUT  
SAP JPPV/RMC

Waehrend der Verwendung leuchtet P5.

Cause :

0 4 7 5

Action :

1 5 0 0

Innerhalb der Firma wurde das Handstueck ausgetauscht.

基板交換

Die Ausgangsleistung wurde kalibriert.

出力キャリブレーション  
温度キャリブレーション

Die Temperatur wurde kalibriert.

以上取組した

Obengenannte Massnahmen wurden getroffen.

Usable  Unusable

Used Parts

Name

Qty

9